



**NOTAS:**

- Material dos tubos e conexões = Aço Inox AISI 304
- Acabamento Superficial = Escovado
- Teste Hidrostático = 50 Kgf/cm<sup>2</sup>

	/ /	/ /		DESENHO	PROJETO	VERIFIC.	APROVAÇÃO	smar
	/ /	/ /		ADEMIR	ADEMIR	Carlos	EVARISTO	
	/ /	/ /		04 / 11 / 03	04 / 11 / 03	04 / 11 / 03	04 / 11 / 03	
2	ADEMIR	IVAN	IND.	CLIENTE				DS
	24 / 05 / 10	24 / 05 / 10		EQUIPAMENTO TANQUE INDUSTRIAL FL. DIVIDIDO AISI 304 BAIXA VAZÃO				DESENHO N°
1	ADEMIR	IVAN	IND.	DESENHO TÍPICO P/ INSTALAÇÃO TANQUE FLUXO DIVIDIDO INOX AISI 304 4" P/ 1"				101-A-6941-02
	05 / 07 / 04	05 / 07 / 04		CODIGOS TK3001-11-51-11/P8 / TK3001-11-52-12/P8 / TK3001-11-AC-6B/P8				ESC 1:7,5 FL /
REV	PROJETO	APROVAÇÃO	AREA					